

Combo tester náramkov a obuvi

| | |
|-------------|--------------|
| Obj. číslo: | 201100133 |
| Dostupnosť: | 2 - 3 týždne |



Popis

Combo tester je kontrolný prístroj určený na testovanie ochranných prízemňovacích náramkov, prívodov k náramkom a antistatické obuvi používaných na antistatických pracoviskách vo vyhradenom priestore podľa normy EN 61 340-5-1.

Obsah balenia

Combo tester,
nášľapná doska s povrchom z nerez ocele,
stojan na nášľapnú dosku,
pripojovacie káble,
spojovací materiál pre inštaláciu,
kalibračný list,
návod na použitie.

Technické dáta

| Názov parametra | Hodnota |
|---|--|
| Rozsah rezistencie meraných náramkov | $7,5 \times 10^5 \Omega \sim 3,5 \times 10^7 \Omega$ |
| Rozsah rezistencie meraných káblikov | $7,5 \times 10^5 \Omega \sim 5 \times 10^6 \Omega$ |
| Rozsah ezistance meranej obuvi (ZO) | $5 \times 10^4 \Omega \sim 3,5 \times 10^7 \Omega$ |
| Rozsah rezistencie meranej obuvi (DO) | $5 \times 10^4 \Omega \sim 1 \times 10^8 \Omega$ |
| Indikácia nameranej hodnoty | optická, akustická |
| Určenie smeru odchýlky | HIGH, LOW |
| Výška stojana | 900 mm |
| Nášľapná plocha | jednoduchá |
| Rozmer nášľapnej plochy | 450 x 300 mm |
| Výstup na relé | ne |
| RS232 | ne |
| RS485 | ne |
| Elektrický zámok (s RFID kartami, bez PC) | ne |

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Záznam do databázy (napr. SQL) | ne |
| Identifikácia / záznam osoby | není |
| Komunikačný protokol k dispozícii | ne |
| Číselné zobrazenie nameranej hodnoty | ne |
| Kalibrácia | externím prístrojom |
| Pracuje samostatne (bez PC) | ano |
| Rozmery (š x h x v) | 190 x 150 x 55 mm |
| Hmotnosť | 0.47 kg |
| Napájanie | bateriové 9V |
| Obsah balenia | sada testera s príslušenstvom |
| Spotreba | 12 mA při testu |
| Napájanie záložné | baterie |
| Pracovná teplota | 0 - 55 °C |
| Typ testera | combo tester ESD náramků a obuvi |
| Výrobca | ABE.TEC, s.r.o. |