

Skúšobný prístroj momentu viečka MTT03C-100E

Obj. číslo:	106001892
Dostupnosť:	4 týždne



Popis

Digitálny skúšobný prístroj momentu určený na meranie momentu viečka. Kapacita prístroja 1150,0 Ncm (100 lbFin), rozlíšenie 1,0 Ncm (0,1 lbFin).

Obsah balenia

Skúšobný prístroj momentu MTT03C-xxE.

Nástroj na uchopenie viečka G1053.

Transportný kufrík.

AC adaptér 220 V.

Batérie.

Stručný návod na obsluhu.

Skľučovadlo.

USB kábel.

Zdrojové CD (ovládač USB, softvér MESURTM Lite, DEMO verzia softvéru MESURTMgauge, užívateľská príručka).

NIST certifikát kalibrácie (dáta sú k dispozícii za príplatok).

Technické dáta

Názov parametra	Hodnota
Prevedenie merača	digitálny
Typ skúšobného prístroja	měření momentu
Vzorkovací kmitočet	2000 Hz
Presnosť	± 0.5 %
Výstupy	USB
Kapacita momentových prístrojov	1150 Ncm
Rozlíšenie	1 Ncm
Jednotky merania	Ncm, ozFin, lbFin
Hmotnosť	0.8 Kg